


# 小号硅胶 RXPX 系列垫片

硅胶 RXPX 系列垫片



## 特点和优势

- 设计符合 ASME-BPE 标准
- 符合 USP VI 级标准且不含动物源成分 (ADCF)
- 符合 FDA 法规 CFR 21 177 2600
- 通过批号实现产品可追溯性
- ISO 14644-1 7 级洁净室生产和包装
- 单层聚乙烯 (PE) 袋




## 技术规格

小号硅胶 RXPX 系列垫片	
垫片类型	非法兰型
内径	10.9 - 16 mm
内径	0.43 - 0.63 in
外径	21.6 mm
外径	0.85 in
尺寸	0.5, 0.75 in
数量	25 PCS
认证	ADCF, ISO 7 级, USP VI 级
工作温度范围	-55 °C 至 210 °C
工作温度范围	-67 °F 至 410 °F
保存期限	5 年
伽马稳定性	最大 50 kGy

## 主要材料

小号硅胶 RXPX 系列垫片	
材料	铂金硫化硅胶

## 产品代码



零件号	尺寸 (英寸)	外径 (英寸) (A)	内径 (英寸) (B)	数量
42RXPX-050-25	1/2	0.85 (21.6)	0.43 (10.9)	25
42RXPX-075-25	3/4	0.85 (21.6)	0.63 (16.0)	25

免责声明：Watson-Marlow Limited 保留对规格数据作出改动的权利，不再另行通知，如有需求，请联系具体技术人员。用户有责任自行确保产品适合其相关应用。Watson-Marlow 和 WMArchitect 是 Watson-Marlow Limited 的注册商标。BioClamp、BioBarb、FlatBioEndCap、BioEndCap、BioValve 和 BioTube applicator 是 BioPure Technology Limited 的商标。Tri-Clamp 是 Alfa Laval Corporate AB 的注册商标。Q-Clamp 需经授权方可使用。

[wmfts.com/global](http://wmfts.com/global)



05 July 2024